

Rader-Institut der
 Max-Planck-Gesellschaft
 am IRIS Adlershof
 Zum großen Windkanal 2
 12489 Berlin

Bestell-Nr.: 4721125/KRÖHNERT
CRYSTAL-Gemisch

Nr.: 9677559001

Zertifikat

Verkauftsbüro : R&A
 Prod.-Nr. :
 Auftrags-Nr. : 27653211 / 1317108791
 Mat-Nr./Vol : KON1G/ 10 L Miet
 Lief. Werk : DEH6/DE

Bestandteile	Sollwerte	Istwerte	Messunsicherheit * ± % rel.
--------------	-----------	----------	--------------------------------

WASSERSTOFF N50	20	(19,91 ± 0,40) Vol-%	2
-----------------	----	----------------------	---

ARGON N50 Rest

Angabe der Istwerte in: Volumanteilen ; Bezugsgröße : 0 Grd.C, 1013 mbar

* Unsicherheitsangaben: ± 2 Sigma (coverage factor K=2)

Zylindernummer = > Barcode:

D624X3A

Flaschenvolumen :

10 L Miet

Ventil :

PRUEFGAS MESSING

Verwendbar bis :

12.10.2023

Lagertemperatur :

-10 bis 50 °C

Ausstelldatum :

12.10.2022

Fülldruck bei 15°C :

ca. 200 Bar

Min. Verwendungsdruck :

2 Bar

Es handelt sich um ein durch EDV erstelltes Zertifikat, das ohne Unterschrift gültig ist.

AIR LIQUIDE Deutschland GmbH, Spezialgaswerk

Batavestr. 47

47809 Krefeld

Verantwortlich
Herr Draheim